

NOTATION DE LA MANIPULATION

	+	±	-
Utilisation de la pipette jaugée - choix d'une pipette pour prélever la prise d'essai - rinçage à la solution - séchage des gouttes sur l'extérieur de la pipette avant l'ajustage au trait supérieur - ajustage au trait de jauge, yeux à hauteur du trait - écoulement pointe appuyée sur la paroi inclinée du récipient, hors du liquide - position verticale de la pipette			
Utilisation de la burette - rinçage à la solution - ajustage du zéro - séchage des gouttes en excès au-dessus du zéro - lecture des volumes - pas de bulle d'air dans la pointe			
Utilisation de la fiole jaugée - rinçage correct - ajustage au trait de jauge, yeux à hauteur du trait - séchage des gouttes en excès au-dessus du trait de jauge - homogénéisation			
Utilisation du spectrophotomètre - position et propreté des cuves - pas de bulles d'air dans les cuves - réglages			
Pesée - vérification de l'horizontalité, du zéro - propreté - lecture portes fermées - bonne utilisation de la capsule de pesée			
Volumétries simples - addition par gouttes successives au virage - appréciation de la couleur du virage			
Utilisation de la résine échangeuses d'ions - vérification du pH de l'éluat à l'aide du papier pH lors du rinçage et de la régénération ; test au nitrate d'argent			
Appareils - choix des électrodes - réglages - agitation			
Ensemble de la manipulation - organisation du travail, rapidité - propreté de la paillasse - respect de la sécurité - respect de l'environnement (rejets toxiques)			
Autres observations			
Total			
Note			